



**Gestión de Compra - Gobierno de la Provincia de Formosa**  
**Confeción del pedido de cotización con sus respectivos pliegos de bases y condiciones**

NºExpediente: T-003812/24-PJ-PJ-EXP-GC

**Gestión de Compra Nº: - Laboratorio de Medician Forense s/Adquisicion de freezer Licitacion**  
sobre Preventivo Nº: 484438 Laboratorio de Medician Forense s/Adquisicion de freezer Licitacion

**LICITACIÓN PRIVADA Nº 46/24**  
**APERTURA: 27/06/24**  
**HORA: 9.30**

<b>SEÑOR: </b>

<b>MANTENIMIENTO DE OFERTAS: TREINTA (30) DIAS</b> desde la fecha de apertura.-

<b>PLAZO DE ENTREGAS: DENTRO DE LOS 30 DIAS de recepcionada la Orden de Provisión.-

<b> Sirvase cotizar PRECIO Y MARCA </b>por suministros que se indican a continuación de acuerdo a las especificaciones que se detallan y a lo establecido en los **PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES** (Publicado en la página oficial del Poder Judicial de la Provincia de Formosa – [www.jusformosa.gob.ar/transparencia/licitaciones](http://www.jusformosa.gob.ar/transparencia/licitaciones)) y **PARTICULARES**.-

<B>CONDICIONES DE PAGO</B>: Se efectuarán de la siguiente manera: ,</b> una vez recibida las facturas, previa conformidad de recepción de lo solicitado.-

<b>PEDIDO POR: Laboratorio de Medicina Forense</b>

<b>LUGAR DE ENTREGA DE LOS SOBRES: Mesa de Entradas del Serv. Administrativo Financiero - 2do piso STJ - Juan Jose Silva Nº 856</b> - Formosa (Capital).-

**ENTREGA DE LOS ARTÍCULOS:** Oficina de Patrimonio - Junin Nº 132- Formosa (Capital).-

| DETALLE DE ITEMS |              |   |       |         |         |
|------------------|--------------|---|-------|---------|---------|
| Rg               | Código       | Descripción   | Cant. | P.Unit. | Total   |
| 1                | 4.01.002.045 | FREEZER. GENERICO. freezer de 360 lts. t/FEDE 35, interior de A° I°, vertical. Detalle: Freezer vertical. capacidad de 360 lts. Modelo FEDE 35- gabinete interior de acero inoxidable calidad AISI-304, tablero de control con visualización constante de la temperatura. Temperatura de trabajo precalibrada de -35°C- temperatura y alarmas programables, test de pruebas de alarmas, alarmas sonoras y audibles de máxima y mínima, calibración de alarmas y de temperatura de trabajo por el usuario, gabinete exterior en chapa con pintura resistente a bajas temperaturas, gabinete totalmente inyectado en poliuretano libre de CFC, sistemas de puertas blindadas inyectadas en poliuretano, botón de silenciamiento de alarma sonora con reconexion automática, gas refrigerante libre de CFC, dimensiones externas 0,73x0,80x1,90 m de 1 cal | 1     | \$..... | \$..... |
| <b>Total:</b>    |              |   |       | \$..... |         |

**SON PESOS:**.....

-----  
**FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE**